



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3235 - (18) 10.04.2019
ГР. БУРГАС

ДО
СМДЛ „ЛИНА“ ЕООД
ГР. БУРГАС, Ж.К. „ЗОРНИЦА“, БЛ. 75, ПАРТЕР

ОТНОСНО: допълнение на инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за обезвреждане на медицински отпадъци с автоклавна система в УПИ I-494, м. „Азмака“, землище с. Съдиево, община Айтос“, с възложител СМДЛ „ЛИНА“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3235(16)/2019г. в РИОСВ-Бургас за цитираното допълнение в инвестиционно предложение, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомяваме за следното:


Допълнението на инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, тъй като:

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-41-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за обезвреждане на медицински отпадъци с автоклавна система в УПИ I-494, м. „Азмака“, землище с. Съдиево, община Айтос“ с възложител СМДЛ „Лина“ ЕООД, за което е определил да не се извършва ОВОС. Същото е в сила към настоящият момент.

За тази площадка е издадено Разрешение № 02-ДО-471-01/20.04.2018 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци – предварително третиране на медицински отпадъци в автоклавна инсталация за раздробяване и стерилизация и съхраняване на опасни отпадъци, замърсени с опасни вещества опаковки, лекарства, отпадъчен тонер и химикали до предаването им за последващо третиране.

С настоящата документация се представя допълнение към инвестиционното предложение: добавяне на второ (резервно) автоклавно съоръжение, без шредер на същата площадка. Новият автоклав ще работи само когато основната автоклавна система е в авария или има недостатъчно налягане на водоподаването на населеното място. Двете съоръжения няма да работят едновременно и вида и количествата обработван отпадък остава непроменен.

Дейностите, свързани с предвиденото допълнение на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

УПИ I-494, м. „Азмака“, землище с. Съдиево, община Айтос не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /на около 0,70км/ е разположена границата на защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.).


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на допълнението в инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Обръщаме Ви внимание, че съгласно Закона за управление на отпадъците е необходимо издаденото Разрешение № 02-ДО-471-01/20.04.2018 г. да се измени и допълни, за което трябва да се подаде заявление в РИОСВ-Бургас.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

